

Nr sprawy: 5556.3.2025.WD

GMINA BYTNICA

Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

„Zakup defibrylatorów AED 4szt.”

1. Opis przedmiotu zamówienia:

DEFIBRYLATORY : Automatyczny defibrylator AED: urządzenie powinno spełniać wymogi normy militarnej MIL-STD-810G, automatyczne dostosowanie głośności do otaczających dźwięków, tryb pediatryczny – bez konieczności zakupu dodatkowych akcesoriów, wydajność: Przynajmniej 200 wyładowań w przypadku nowej baterii lub 8 godzin pracy w temperaturze pokojowej, głośnik: Wydaje komendy głosowe. Skuteczność analizy EKG 92%. Szafka AED będąca częścią zestawu umożliwia przechowywanie defibrylatorów w ekstremalnych warunkach atmosferycznych dzięki najwyższej, dostępnej na rynku, klasie szczelności IP66! Wykonana z niezwykle trwałych materiałów obudowa (wytrzymałe tworzywo ABS i poliwęglan PC) chroni umieszczony w niej defibrylator przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi i korozją. Szafka powinna być wyposażona w system zarządzania temperaturą w celu utrzymania optymalnej wydajności defibrylatora oraz zarządzania baterią i elektrodami.

Wymagany termin realizacji:

20.10.2025 r. – 30.11.2025 r.

2. Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie się kierował kryterium/ami:

- a) cena – 100 - %
- b) inne - - %

Oferta powinna zawierać:

- wartość (usługi/dostawy/robót budowlanych) określonej w oparciu o przedmiot zamówienia,
- obowiązujący podatek od towarów i usług VAT lub informację o braku podatku VAT,
- specyfikacja wraz wizualizacją oferowanego przedmiotu zamówienia

3. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

- formularz oferty według załączonego wzoru;
-

4. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą warunki zawarte w opisach przedmiotu zamówienia stanowiące załączniki do niniejszego zaproszenia.

5. Oświadczenia lub dokumenty wymagane od Wykonawców na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu:

- Np. uprawnienia budowlane;
- inne;
-

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

- a) Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej (*.pdf, jpg, tiff i inne wymienione w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2020 poz. 1261 z późn. zm.), należy składać w terminie do dnia **20.10.2025 r. do godziny 9⁰⁰** na adres email: wojciech.debinski@bytnica.pl lub poprzez tradycyjną pocztę na adres: **Urząd Gminy w Bytnicy, Bytnica 52, 66-630 Bytnica.**
- b) Oferty złożone w innych formach oraz po terminie, o którym mowa w pkt a) nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

7. Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia:

- Wojciech Dębiński, tel.: 501607789, e-mail: wojciech.debinski@bytnica.pl

8. Czas związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Inne informacje:

- Zakup zostanie zrealizowany po otrzymaniu środków finansowych przez Zamawiającego na jego realizację.
- Termin płatności faktury – 30 dni od daty jej wystawienia.

10. Klauzula RODO

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Bytnica (Bytnica 52, 66-630 Bytnica, telefon kontaktowy: 68 391 57 96) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru wykonawcy na realizację zadania pn.:

„Zakup defibrylatorów AED 4szt.”

(wpisać przedmiot zamówienia)

a następnie w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych (przy czym odrębne przepisy mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa), prawo do usunięcia danych (nie dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa). Szczegółowa klauzula informacyjna stanowi załącznik do zaproszenia.

11. Załączniki:*

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Projekt umowy


Sebastian Bartczak

(*) wybrać odpowiednio

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczęć wykonawcy, nazwa, adres)

ul:

tel:

e-mail:

Gmina Bytnica
Bytnica 52
66-630 Bytnica

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.

„Zakup defibrylatorów AED 4szt.”

1. Oferuję wykonanie dostawy/usługi/roboty budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu, za kwotę w wysokości:

netto.....zł, (słownie:

.....),

podatek VAT%, tj.....zł, (słownie:

.....)

brutto:.....zł, (słownie:

.....),

2. Termin realizacji:
3. Udzielamy m-cy gwarancji.
4. Przedmiot realizacji oferowanego przedmiotu zamówienia będzie realizowany bez udziału podwykonawców/przy udziale podwykonawców*.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną z art. 13 RODO oraz wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego informacji zawierających dane osobowe oraz, że poinformowaliśmy pisemnie i uzyskaliśmy zgodę każdej osoby, której dane osobowe są podane w ofercie oraz dokumentach (pełnomocnictwach) składanych wraz z niniejszą ofertą lub będą podane w oświadczeniach i dokumentach (pełnomocnictwach) złożonych w niniejszym postępowaniu.

Załącznikami do oferty są:

- Specyfikacja wraz wizualizacją przedmiotu zamówienia.

.....
(data, podpis i pieczęć Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA DOTYCZĄCE „Zakup defibrylatorów AED 4szt.”

1. PRZEZNACZENIE DEFIBRYLATORÓW aed

DEFIBRYLATORY : Automatyczny defibrylator AED: urządzenie powinno spełniać wymogi normy militarnej MIL-STD-810G, automatyczne dostosowanie głośności do otaczających dźwięków, tryb pediatryczny – bez konieczności zakupu dodatkowych akcesoriów, wydajność: Przynajmniej 200 wyładowań w przypadku nowej baterii lub 8 godzin pracy w temperaturze pokojowej, głośnik: Wydaje komendy głosowe. Skuteczność analizy EKG 92%. Szafka AED będąca częścią zestawu umożliwia przechowywanie defibrylatorów w ekstremalnych warunkach atmosferycznych dzięki najwyższej, dostępnej na rynku, klasie szczelności IP66! Wykonana z niezwykle trwałych materiałów obudowa (wytrzymałe tworzywo ABS i poliwęglan PC) chroni umieszczony w niej defibrylator przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi i korozją. Szafka powinna być wyposażona w system zarządzania temperaturą w celu utrzymania optymalnej wydajności defibrylatora oraz zarządzania baterią i elektrodami.

2. WARUNKI EKSPLOATACJI

AED do pracy w warunkach ci

Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nieużywany i spełniał bezwzględnie wszystkie wymagania techniczne określone w pkt. 3. Poz.1 i 2.

3. MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE I UŻYTKOWE :

Opis paletopojemników:

- 1) Oferowane paletopojemniki muszą być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, sprawne technicznie, pozbawione wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych.
- 2) Rok produkcji – 2025.

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

5-letnia gwarancja

urządzenie spełnia wymogi normy militarnej MIL-STD-810G,

automatyczne dostosowanie głośności do otaczających dźwięków,

tryb pediatryczny – bez konieczności zakupu dodatkowych akcesoriów,

wydajność: Przynajmniej 200 wyładowań w przypadku nowej baterii lub 8 godzin pracy w temperaturze pokojowej,

głośnik: Wydaje komendy głosowe, CU-SP1 analizuje poziom odgłosów otoczenia w trakcie pracy. W przypadku wysokiej głośności odgłosów z otoczenia,

urządzenie automatycznie zwiększa głośność komend by były wyraźnie słyszalne,

Skuteczność analizy EKG 92%,

6 sek. przerwy w RKO,

uniwersalne elektrody (dla dzieci i dorosłych),

5 letnią baterię,

torbę transportową,

Instrukcję użytkowania w j. polskim.

Funkcje szafki na AED:

- oświetlenie wnętrza (nocne): automatyczne włączanie/wyłączanie za pomocą czujnika oświetlenia
- alarm dźwiękowy - w przypadku otwartych drzwiczek, szafka będzie wydawać sygnał dźwiękowy
- ogrzewanie: działa, gdy temperatura wewnętrzna spadnie poniżej 5°C
- chłodzenie/wentylacja: działa, gdy temperatura wewnętrzna przekroczy 30°C
- wyświetlacz: pokazuje wewnętrzną temperaturę, wilgotność, stan zamknięcia/otwarcia szafki
- zasilanie: energia wejściowa: 100 - 240v 50/60Hz 1.5A, wyjściowa: 12v - 5.0A
- do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

Wymiary: 52 x 52 x 22 cm

UMOWA nr /OC/2025r.

zawarta w dniu w Bytnicy której stronami są:

Urząd Gminy w Bytnicy imieniu którego występuje,

Wójt – Sebastian Bartczak

zwany w dalszej części umowy **Zamawiającym**,

a

.....

.....

reprezentowany przezzwany w dalszej części umowy **Wykonawcą**.

Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.
„Zakup defibrylatorów AED 4szt.”

Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w SWZ, która stanowi integralną część niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 2

1. Miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego/wykonawcy
2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony.
3. Faktura zostanie opłacona po otrzymaniu środków finansowych przez Zamawiającego na jego realizację
4. Protokół, o którym mowa w ust. 2 stanowić będzie podstawę do zafakturowania wynagrodzenia umownego za zdany Zamawiającemu przedmiot umowy.

§ 3

Dostawa, o której mowa w § 1 zostaną wykonane w terminie do dnia **30.11.2025r.**

§ 4

1. Cenę umowną za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się na kwotę brutto: zł (**słownie:** **00/100**)
2. Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w formie faktury wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu i protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy.
3. Płatnikiem faktury będzie: **Gmina Bytnica, Bytnica 52, 66-630 Bytnica. NIP 9261004272**
Faktura zostanie wystawiona na w terminie 1 dni od protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.
4. Płatnik ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni od jej dostarczenia, po spełnieniu warunku, o którym mowa w § 2 ust. 2 i 3 umowy.
5. Należność płatna będzie przelewem na wskazane konto Wykonawcy.
6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia konta Płatnika.
7. Wszelkie wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez pisemnej zgody drugiej strony.

§ 5

1. W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto, o których mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu określonego w § 3.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy bez ważnej przyczyny jak i z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność.
3. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
4. Zamawiający ma prawo dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

§ 6

W przypadku koniecznego przerwania prac będących przedmiotem umowy, spowodowanego przez Zamawiającego lub w razie odstąpienia przez niego od umowy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, wysokość wynagrodzenia za wykonane prace strony ustalają protokołem zaawansowania prac.

§ 7

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 9

Wszelkie sprawy związane z wykonaniem niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

.....

.....