



## Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

11-500 Giżycko, ul. Sikorskiego 3 B  
adres do korespondencji: 11-500 Giżycko, Al. 1 Maja 14  
tel. 087 4291336 e-mail: [cpuis@gizycko.pl](mailto:cpuis@gizycko.pl) [www.centrumprofilaktyki.pl](http://www.centrumprofilaktyki.pl)

CPUIS.0710.23.19

Giżycko, 2019-05-10

### **Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE „Dostawa i montaż defibrylatorów AED”**

Odpowiedzi na pytania zadane mailem w dniu 10.05.2019

1) Co Zamawiający rozumie poprzez zdanie: "Wykonawca sprzętu ponosi wszystkie koszty związane z wymianą elektrod i baterii "?

2) Prosimy o sprecyzowanie wymagań co do wymiany elektrod i baterii? Czy chodziło Zamawiającemu o wymianę elektrod i baterii obejmujących uszkodzenia gwarancyjne wyłączając koszty eksploatacyjne związane z terminem przydatności i akcjami ratowniczymi?

Odpowiedzi na pytania 1 i 2.

Zapis ten dotyczy sytuacji związanej z koniecznością skorzystania z naprawy gwarancyjnej. W okresie trwania gwarancji. Dotyczy to tylko sytuacji związanych z wadami fabrycznymi czy powstałymi uszkodzeniami na skutek nieprawidłowego działania urządzenia.

3) Czy zamawiający dopuszcza szafki do użytku wewnętrznego wyłączając punkt 15.1. wykonane z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo wraz z alarmem dźwiękowo-wizualnym? Rozwiązanie to zmniejszy koszty zakupu szafek a alarm pozwoli na reakcję osoby sprawującej nadzór.

Odpowiedź na pytanie 3.

Tak, zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

4) Czy zamawiający dopuści rozwiązanie defibrylator medyczny i dodatkowo defibrylator treningowy? Jako firma promująca i sprzedająca AED pragniemy zauważyć że podczas wykonywania treningów zużywamy baterię przeznaczoną do defibrylacji co może skutkować nie zadziałaniem urządzenia w razie potrzeby. Koszty związane z treningiem są o wiele wyższe niż w urządzeniu treningowym (Medyczna bateria koszt ok. 500 zł, paluszki AA w przypadku "treningówki" 15 zł komplet). Spotkaliśmy się też z sytuacją w której zostały do treningu wykorzystane elektrody medyczne przez pomyłkę.

Odpowiedź na pytanie 4.

Tak, zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

5) Czy zamawiający dopuści szkolenie przeprowadzone przez instruktora pierwszej pomocy z międzynarodowym certyfikatem EFR?

Odpowiedź na pytanie 5.

Tak.