



FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI

Starogard Gd., 20.07.2018r.

ADM.271.4.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ADM.271.4.2018

Postępowanie prowadzone w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zmianami)

Gmina Starogard Gdański zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Dostawa kompletnych zestawów sprzętu ratownictwa medycznego PSP R1 (3 szt.) oraz defibrylatorów AED (3 szt.) dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Starogard Gdański”. **Na realizację powyższego zadania uzyskano dofinansowanie w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.**

1. Nazwa i adres zamawiającego :

Gmina Starogard Gdański
Ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdański
www.ugstarogard.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:

„Zapytanie ofertowe” prowadzone jest na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz.1579)
„Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Torba PSP R1

W zestawie Torba PSP R1 ratownictwa medycznego kompletna z deską ortopedyczną, zestawem szyn Kramera i opatrunkami, według załącznika nr 3 do Zasad Organizacji Ratownictwa Medycznego w KSRG zatwierdzony przez Komendanta Głównego PSP z lipca 2013r. – łączna ilość zestawów 3 szt.

Defibrylator AED

Defibrylator półautomatyczny, z funkcją komend głosowych wydawanych przez urządzenie w języku polskim. Zasilanie bateryjne (baterie nie ładowalne). Minimum 5 lat żywotności.

MINISTERSTWO
SPRAWIEDLIWOŚCI

www.ms.gov.pl



FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI

Minimum 300 defibrylacji, przy czym możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci poniżej 8 roku życia. Osobny protokół energetyczny dla dorosłych i dla dzieci – automatyczne rozpoznanie rodzaju podłączonych elektrod i zmiana energii defibrylacji bez wykorzystania elementów pośredniczących. Musi zapewnić warunki środowiskowe pracy urządzenia takie jak: działanie kurzu i wilgoci (min. Klasa IP55), praca w temperaturze min. 0-50C, przechowywanie w temperaturze min. -20 do +60C, wilgotność względna min. 10-95%, uderzenia i wstrząsy min. 100g wg IEC 68-2-27. Ciężar defibrylatora max 3,5kg. Wyposażony w dwufazową falę defibrylacji niskoenergetyczną. Energia impulsu defibrylacyjnego maksymalnie 200J. Możliwość programowania poziomów energii. Defibrylacja przy pomocy elektrod jednorazowych naklejanych na klatkę piersiową. Ekran typu LCD z możliwością wyświetlania krzywej EKG i liczby wykonanych defibrylacji i komunikatów tekstowych. Wyposażony w funkcję codziennego automatycznego testu. Stale widoczny wskaźnik sprawności aparatu, nie wymagający włączania urządzenia. Wyposażony w funkcję wspomagania resuscytacji krążeniowo – oddechowej z informacją zwrotną w czasie rzeczywistym o prawidłowości uciśnień klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnień, zgodnie z wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo – Oddechowej. Funkcja metronomu umożliwiające prowadzenie uciśnień klatki piersiowej w tempie 100-120 uciśnień/min, zgodnie z wytycznymi 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji. Elektrody samoprzylepne: elektroda resuscytacyjna dla dorosłych z czujnikiem ucisków klatki piersiowej, okres przydatności min. 5 lat., 1szt./defibrylator. W komplecie z elektrodą zestaw pierwszej pomocy składający się z nożyczek, pary rękawiczek, maszynki do golenia i ręczniczek do wytarcia klatki piersiowej. Komunikaty tekstowe i głosowe wskazujące kroki kompletnego algorytmu BLS/AED, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Wyposażony w pamięć wewnętrzną z możliwością bezprzewodowej transmisji danych do komputera. Oprogramowanie umożliwiające transfer raportów RKO do komputera oraz przeglądanie i analizę prawidłowości wykonywanych działań, w tym analizę rzeczywistej głębokości częstości uciśnień klatki piersiowej. Musi posiadać certyfikat CE i deklarację zgodności CE. Okres gwarancji defibrylatora min.5 lat, z możliwością nieodpłatnego przedłużenia do 7 lat. Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Minimalny czas monitorowania pacjenta 13h. Baterie powszechnie dostępne na rynku Polskim, również w sklepach stacjonarnych nie tylko u dystrybutorów sprzętu medycznego. Baterie nie wymagające wymiany po każdym użyciu defibrylatora. Kompatybilność elektrod z defibrylatorami powszechnie stosowanymi w Zespołach Ratownictwa Medycznego w Polsce, minimum jednego producenta. Elektrody nie mogą być zintegrowane z bateriami. Łączna ilość defibrylatorów – 3 szt.

4. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do ofert:

- Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1).

MINISTERSTWO
SPRAWIEDLIWOŚCI

www.ms.gov.pl



FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI

- Oświadczenie, że posiada zdolność techniczną, kadrową jak również ekonomiczną pozwalającą zrealizować przedmiotowe zadanie zgodnie z wymogami Zamawiającego (załącznik nr 1).
- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

5. Wymagany termin realizacji zamówienia : do 20 sierpnia 2018r.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena

Cena powinna zawierać obowiązujący podatek od towarów i usług VAT oraz wartość cenową brutto w złotych polskich. Podana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. Ostateczna cena oferty ustalona przez Wykonawcę powinna uwzględniać ewentualne upusty jakie Wykonawca stosuje.

Kryterium oceny stanowi cena 100% stanowiąca sumę przedmiotów zamówienia przedstawionych w punkcie 3 niniejszego zapytania.

Warunki płatności: przelew na konto w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.

6. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę pisemną sporządzoną na załączonym formularzu i podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy złożyć pisemnie w siedzibie Zamawiającego : Urząd Gminy Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański (pok. 201 – Sekretariat) w terminie do 27 lipca 2018r. do godziny 10:00 w zaklejonych kopertach z napisem Oferta na zadanie „Dostawa kompletnych zestawów sprzętu ratownictwa medycznego PSP R1 (3 szt.) oraz defibrylatorów AED (3 szt.) dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Starogard Gdański”. Dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Informacji na temat zamówienia udziela Anna Klein – Inspektor ds. administracyjnych
Nr Tel. 58 56 250 67 wew. 211

Załączniki:

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. Wzór umowy (załącznik nr 2).

Z up. W ó j t a

Marcel Kowalski
Zastępca Wójta

MINISTERSTWO
SPRAWIEDLIWOŚCI

www.ms.gov.pl