



ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku ze złożonymi pytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) przedstawiamy złożone pytanie i udzielamy odpowiedzi:

Czy dopuszczają Państwo w miejsce mikroskopu – Zał. nr 6, Pomoce do przyrody, punkt 2) Doposażenie pracowni przyrodniczych pozycja 4 – Mikroskop ze śrubą makro i mikrometryczną: mikroskop równoważny o parametrach:

Nowy mikroskop biologiczny z podwójnym systemem oświetlenia do światła odbitego i przechodzącego, sprzedawany z zestawem preparatów i narzędzi preparacyjnych. Zasilany bateriami lub akumulatorami AA (3 szt.)?

Mikroskop MC-132 LED to idealna pomoc do nauki biologii w pierwszych latach nauczania. Miska rewolwerowa dla obiektywów – trój gniazdowa, precyzyjna regulacja ostrości, powiększenia od 40x do 400x, głowica jednookularowa, przesłona obrotowy dysk z otworami, oświetlenie diodowe, obiektywy 4x, 10x, 40xA, okulary WF10x. Zestaw zawiera: Mikroskop MC-132 LED (bez baterii), drewniany patyczek, drewniany patyczek z końcówką bawełnianą, plastikowa probówka, pipeta, plastikowe szczypce, plastikowe okrągłe pudełeczko, szkiełka nakrywkowe kwadratowe, zestaw szkiełek podstawowych – krawędzie szlifowane (3 z miejscem do opisu po jednej stronie, 1-białe matowe, 1-czarne matowe,, 1-z komorą). Zestaw preparatów – sosna owoc żeński, pszczoła miodna aparat gębowy, kukurydza nasiono z zarodkiem, motyl aparat gębowy). Naklejki na szkiełka podstawowe do opisu preparatów, bloczek papierków do czyszczenia optyki, całość opakowana jest w ładne kartonowe pudełko.

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie mikroskopu innego niż podany w specyfikacji będącej załącznikiem do SIWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielone odpowiedzi nie powodują modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z-ca Wójta
/-/ Piotr Kamiński