

Strzegowo 21.10.2022 r.

Zamawiający:
Gmina Strzegowo
06-445 Strzegowo
ul. Plac Wolności 32

**Wszyscy uczestnicy
postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) określonej w art. 2 ust 1 pkt. 1 na zakup wyposażenia mobilnego laboratorium

Wyjaśnienia i zmiana treści zaproszenia do składania ofert

W związku ze pytaniami wykonawcy co do treści zaproszenia do składania ofert, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Wykonawcy zadali następujące pytania:

1. Prosimy o wyjaśnienie treści o braku konieczności ładowania urządzenia – jakie rozwiązanie techniczne mają Państwo na myśli w celu zapewnienia pracy miernika bez ładowania?
2. W zakresie urządzeń do kontroli pomiaru gazów wyłącznie kalibracja zapewnia ich prawidłowe działanie i pomiary zgodne ze stanem faktycznym. W związku z tym brak kalibracji powoduje nieprawidłowe pomiary i z praktycznego punktu widzenia nie istnieją rozwiązania pomiarowe, które nie wymagają kalibracji. Prosimy o wyjaśnienie co stoi za tym zapisem lub jego usunięcie.

Odpowiedzi

Ad. 1

Zamawiający dokonuje zmiany parametru detektora wielogazowego opisanego w pkt. 2 załącznika Nr 3 – Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dopuszczając zasilanie z ładowanym akumulatorem, czas pracy urządzenia do 8 godzin.

Ad. 2

Zamawiający dokonuje zmiany parametru detektora wielogazowego opisanego w pkt. 2 załącznika Nr 3 – Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia usuwając zapis „Urządzenie nie wymagające kalibracji”.

Wójt Gminy Strzegowo

/-/ Wiesław Zalewski