

Płock, 15.05.2020 roku

CUW.DZP.262.11.2020

Wykonawcy

dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa zniszczonego podczas pożaru budynku głównego (geriatrycznego) i wielofunkcyjnego Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie”.

Zamawiający - Powiat Płocki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Płocku, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1.

Czy w Części zamówienia nr. 4, na pozycja nr. 6 – Elektryczny rotor, zamawiający dopuści urządzenie o poniższych parametrach?

Rotor elektryczny do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych

Posiada 3 tryby pracy: aktywny, pasywny i wspomagany

Urządzenie z biofeedbackiem

Kolorowy ekran dotykowy 10”

Menu w języku polskim

Możliwość sterowania tabletem za pomocą aplikacji

Czujnik kontroli spastyczności aktywowany automatycznie podczas wykrycia nagłego skurczu mięśni

Wyposażone w przycisk zatrzymania awaryjnego

Posiada system ciągłej kontroli, pasy stabilizujące i wsparcie podudzi

20 poziomów trybu pracy

Możliwość prowadzenia treningu kończyn dolnych lub górnych w jeden sesji

Odpowiedź:

W Części 4 zamówienia w poz. 6 – Elektryczny rotor, Zamawiający dopuszcza urządzenie o powyższych parametrach.

Pytanie 2.

Czy w Części zamówienia nr. 4, na pozycja nr. 7 – Magnetronie, zamawiający dopuści urządzenie o poniższych parametrach?

Aparat do magnetoterapii z kolorowym ekranem dotykowym

2 niezależne kanały

Min. 60 programów zabiegowych

Menu w języku polskim

Gotowe programy i encyklopedia terapeutyczna

Parametry modyfikowane przez użytkownika: częstotliwość, czas, intensywność

Aplikator szpulowy o średnicy 60cm i 30cm oraz leżanka do pola magnetycznego

Maksymalna indukcja: 128mT

Odpowiedź:

W Części 4 zamówienia w poz. 7 – Magnetronic, Zamawiający dopuszcza urządzenie o powyższych parametrach.

Pytanie 3.

Czy w Części zamówienia nr. 4, na pozycja nr. 8 – Laser PhysioGo Lite Laser, zamawiający dopuści urządzenie o poniższych parametrach?

Aparat do laseroterapii z kolorowym ekranem dotykowym

2 zależne kanały

Min. 60 programów zabiegowych z możliwością tworzenia własnych

Menu w języku polskim

Gotowe programy i encyklopedia terapeutyczna

Parametry modyfikowane przez użytkownika: częstotliwość, czas, intensywność

W zestawie sonda punktowa światła czerwonego i podczerwonego

Zegar zabiegowy 0-100min

Odpowiedź:

W Części 4 zamówienia w poz. 8 – Laser PhysioGo Lite Laser, Zamawiający dopuszcza urządzenie o powyższych parametrach.

Zamawiający w Dziale II SIWZ w Opisie przedmiotu zamówienia dla Części 4. Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego wprowadza zapis o treści:

„Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca dostarczył zamówienie, przeprowadził montaż oraz szkolenie pracowników DPS „Nad Jarem” w Nowym Miszewie w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu rehabilitacyjnego.”

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje się zmiany treści SIWZ dołączając powyższe informacje do dokumentacji przetargowej.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, iż termin i miejsce składania ofert i otwarcia nie ulegają zmianie.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
mgr inż. Aleksandra Wachaczyk