

Gmina Nisko  
Plac Wolności 14  
37-400 Nisko  
ZP.271.49.2022

Nisko, dnia 02.09.2022 r.

### **WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z późn. zm.). Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pn: **CzuJNI pomiar – montaż czujników pomiaru emisji pyłów w mieście wraz z aplikacją informacyjną dla mieszkańców** wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

#### **Pytanie 1**

Jesteśmy dystrybutorem urządzeń elektronicznych w tym urządzeń do pomiaru jakości powietrza, posiadającym wieloletnie doświadczenie. Po przeprowadzeniu szerokiej analizy rynku oraz możliwości dostarczenia Państwu urządzenia, które będzie odpowiadało Państwa wymaganiom określonym w dokumentacji przetargowej, pragniemy podkreślić, że aktualnie na rynku nie ma dostępnego urządzenia spełniającego wszystkie wskazane przez Państwa wymagania. Z przeprowadzonej przez nas analizy wynika, że istnieje możliwość opracowania dla Państwa wskazanej obudowy, jednak czas potrzebny na jej zaprojektowanie, wykonanie i przetestowanie, wynosi minimum 6 miesięcy. Koszt zaprojektowania i opracowania tej obudowy jest identyczny zarówno dla 10 szt., czy 1000 szt, jest taki sam (koszt około 150.000,00 zł netto), ponieważ wymaga takich samych zasobów ludzkich i nakładów pracy.

W związku z tym, zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dostarczenie urządzenia dostępnego na rynku i umożliwiającego dokonanie pomiarów wymaganych specyfikacją techniczną tj. temperatury wilgotności, ciśnienia, pyłów PM2.5, PM10 oraz NO2 i SO2 bez konieczności zapewnienia i konieczności opracowania obudowy umożliwiającej jego rozbudowę o nowe moduły pomiarowe i komunikacyjne, które ponadto nie zostały doprecyzowane w opisie przedmiotu zamówienia i wykraczają poza zakres wymaganego i dostarczanego urządzenia.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający uwzględnia uwagi zawarte we wniosku i w załączniku nr 10 do SWZ "Opis przedmiotu zamówienia" w tabeli - Minimalne wymagania dla czujników w związku z tym **wykreśla pkt 21 pn.** "Modułarna konstrukcja urządzenia (pozwalająca na przyszłą rozbudowę o nowe moduły pomiarowe i komunikacyjne bez konieczności wymiany zewnętrznej obudowy urządzenia na inną"

W załączeniu Załącznik nr 10 do SWZ "Opis przedmiotu zamówienia" z naniesionymi zmianami.

W związku z powyższym na podstawie art.286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmianie ulegają następujące zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia:

- 1) ROZDZIAŁ XI - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ust.1 otrzymuje brzmienie: *Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. **do dnia 06.10.2022 r.***
- 2) ROZDZIAŁ XIII - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. ust.1 otrzymuje brzmienie:  
*Oferty należy składać w terminie **do dnia 07.09.2022 r. do godziny 10:00** na zasadach opisanych w Rozdziale IX ust. 2-3 SWZ.*
- 3) ROZDZIAŁ XIII - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. ust.3 otrzymuje brzmienie:  
*Otwarcie ofert nastąpi w dniu **07.09.2022 r. o godzinie 12:00** za pomocą aplikacji deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu.*

**Powyższe zmiany treści SWZ, skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu.**