

ZAPYTANIE OFERTOWE – DOSTAWA DEFIBRYLATORÓW

Gmina Wleń z siedzibą 59-610 Wleń, Plac Bohaterów Nysy 7, w ramach realizacji projektu, który został wskazany do dofinansowania ze środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, zaprasza do składania ofert na dostawę fabrycznie nowych defibrylatorów (2 szt.)

Wymagane minimalne warunki techniczne i eksploatacyjne dla AED pobrane z:

http://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/wykaz_wazniejszych_zasad_obowiazujacych_w_ksrg

1. Zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny z możliwością pracy w trybie dla dorosłych i dla dzieci.
2. Użytkownik w czasie korzystania z urządzenia jest prowadzony przez jednoznaczne polecenia głosowe w języku polskim.
3. Wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub/i wizualne informujące:
 - a. o nieprawidłowym podłączeniu elektrod lub ich braku,
 - b. o wymaganej defibrylacji lub braku wskazań do jej przeprowadzenia,
 - c. o prowadzonej analizie rytmu pracy serca i ewentualnych zakłóceniach (np. o wykrytym ruchu pacjenta).
4. Wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub/i wizualne (widoczne w oświetleniu dziennym, gdy urządzenie jest w torbie i uchwycie ściennym), informujące o:
 - a. gotowości urządzenia do pracy,
 - b. technicznej sprawności urządzenia lub jej braku.
5. Wyposażony w minimum dwa przyciski pełniące następującą funkcję: przycisk uruchamiający urządzenie i przycisk wywołujący defibrylację oraz ewentualnie przyciski do obsługi parametrów technicznych urządzenia.
6. Wymagania dotyczące pracy, rejestrowania i przenoszenia danych:
 - a. algorytm postępowania zgodny z aktualnymi, obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji,
 - b. możliwość aktualizacji oprogramowania bez konieczności wymiany całego urządzenia w przypadku zmiany wytycznych ERC,
 - c. możliwość rejestrowania takich danych jak : dokładny czas włączenia urządzenia, zalecenie wykonania defibrylacji, informacje o wykonanej defibrylacji, zapisanie minimum 30 min. danych (wbudowana pamięć wewnętrzna lub karta pamięci),
 - d. oprogramowanie umożliwiające odczyt danych na komputerze z systemem Windows,
 - e. urządzenie przeprowadza automatyczne testy sprawności technicznej w cyklu codziennym,
 - f. urządzenie posiada możliwość przeprowadzania testów obwodów elektrycznych inicjowanych przez użytkownika,
 - g. posiada możliwość przechowywania defibrylatora z podłączonymi elektrodami.
7. **Wyposażony w minimum trzy pary elektrod samoprzylepnych w tym 2 komplety dla dorosłych i 1 komplet dla dzieci.** Na opakowaniu elektrod oraz na każdej elektrodzie dokładny rysunek, określający, miejsce prawidłowego ich naklejenia. Obudowa lub torba na urządzenie wyposażona jest w kieszeń do przechowywania kompletów elektrod.
8. Wyposażony w bateria(e) nieladowalna(e) – o okresie żywotności baterii min. 4 lata. **Bateria ma zapewnić nie mniej niż 300 wyładowań max. energią.**

9. Wymagania dotyczące warunków bezpieczeństwa użytkowania oraz środowiskowych pracy urządzenia:
- wymagania bezpieczeństwa - certyfikat zgodności PN-EN 60601,
 - stopień ochrony - certyfikat zgodności PN-EN 60529 nie mniej niż klasa IP55,
 - odporność na uszkodzenia mechaniczne (przy upadku, uderzeniu - nie może odłączyć się akumulator ani żaden z elementów urządzenia, musi być zachowana gotowość do pracy) - certyfikat zgodności z EN 50298 nie mniej niż IK08,
 - wyposażone w uchwyt umożliwiający przymocowanie do pionowej powierzchni (wnętrze kabiny) na czas transportu – certyfikat zgodności z PN EN 1789.** Należy uwzględnić warunki przechowywania, transportu oraz pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej (temperatura, wilgotność).
Waga urządzenia: do 3,5 kg
10. Dokumentacja techniczna, certyfikaty zgodności w języku polskim.
11. Deklaracja zgodności CE.

Procedura

Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579, 2018).

Dostawa zamówienia musi nastąpić nie później niż 15.06.2018r.

Kryteria i sposób oceny

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki w oparciu o następujące kryteria:

a. - cena 100% (maksymalnie możliwych do uzyskania 100 pkt.)

Sposób oceny ofert:

a) Spośród złożonych ofert zamawiający wybiera najkorzystniejszą z punktu widzenia zastosowanego kryterium i tej ofercie przyznaje maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania.

b) Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

c) Ocena złożonych ofert z zakresie „CENA” zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto na wszystkie artykuły/przedmioty.

d) Cena musi być podana jako brutto w złotych polskich, w sposób cyfrowy.

O zamówienie mogą ubiegać się oferenci:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
- znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej czy częściowej.
- Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania, również dostawą towaru do Urzędu Miasta i Gminy we Wleniu.
- Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy sporządzić i złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń lub przesłać na email sekretariat@wlen.pl w terminie **do 25 maja 2018 r. godz. 12.00**

TERMIN OTWARCIA OFERT

23 maja 2018 r., godz. 10.00