

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Rudna, dnia 28 stycznia 2025 r.

WYJAŚNIENIE nr 1

dotyczące zapytania ofertowego na: „**Pobór próbek i wykonanie badań wody, ścieków surowych i oczyszczonych, popłuczyn wody, odpadów o kodach 19 08 01, 19 08 02 i 19 08 05 (testy zgodności) na terenie gminy Rudna oraz gleby pod zastosowanie osadu ściekowego**”

Pytanie 1:

Dzień dobry, w nawiązaniu do zapytania ofertowego w punkcie VIII punkt c pojawił się błąd wymogiem jest podanie wyników mikrobiologii w 2 dni natomiast jest tam wymienione badanie Ogólnej liczby mikroorganizmów w 22st gdzie samo badanie trwa 72h więc niemożliwym jest wydanie wyników w 2 dni co najmniej powinno być wskazane 4 dni doliczając czas na dostarczenie próbki do laboratorium oraz opracowanie wyników natomiast w przypadku otrzymania niejednorodnego wyniku wymagane jest wykonanie powtórki co trwa 1dzień w związku z tym prawidłowym zapisem byłoby 4-5 dni.

W związku z powyższymi argumentami proszę o zmianę tych informacji w zapytaniu ofertowym.

Wyjaśniam:

ad 1 Punkt VIII ppkt c) zapytania ofertowego dotyczy zaoferowania **tylko i wyłącznie** terminu poboru próbki wody poza harmonogramem w zakresie mikrobiologii opisanym w tymże punkcie, nie dotyczy terminu wykonania analiz. Najdłuższy możliwy termin do zaoferowania poboru próbki to **2 dni**. Wykonawca proponuje tutaj termin, w którym pobierze próbki wody do badania z częstotliwością co 1 dzień (tj. np.: 0,1,2) w przedziale od 0 dni do 2 dni. Dzień poboru próbki w dniu zgłoszenia przez Zamawiającego do godz. 9.00 jest dniem zerowym.

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Rudnej

Rafał Jarosz

Siedziba:

59 – 305 Rudna, Plac Zwycięstwa nr 5
tel. 076 746 70 84 , fax. 076 746 70 80