



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 80
fax 34 356 58 70

www.spzozlubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Pracownia RTG
34 351 49 22

Rejestr Wojewody:
000000014099
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



Lubliniec, dnia 13.01.2023 r.

SPZOZ-IV-ZP-12-2023

Wszyscy Wykonawcy

Dot. zapytania ofertowego na: Dostawę sprzętu dla potrzeb SPZOZ w Lublińcu.

Znak sprawy ZP/04/23

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych i ofertach odrzuconych

I. Zgodnie z kryterium oceny ofert, tj. 100 % cena, Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybiera:

1. W zakresie części nr 1 ofertę nr 6 firmy Chemosynteza Adam Biedrzycki, ul. Józefa Mackiewicza 10/26, 15-779 Białystok za cenę 1 512,90 zł brutto,
2. W zakresie części nr 2 ofertę nr 6 firmy Chemosynteza Adam Biedrzycki, ul. Józefa Mackiewicza 10/26, 15-779 Białystok za cenę 4 188,15 zł brutto,
3. W zakresie części nr 3 ofertę nr 8 firmy KEJ POLSKA Sp. z o.o. ul. Górczewska 181/310A, 01-549 Warszawa za cenę 648,00 zł brutto.

Umowy do podpisu (2 egz.) zostaną wysłane listem poleconym.

II. Oferty odrzucone:

1. Zamawiający odrzuca ofertę nr 1 firmy STATOR MK sp. z o.o. sp.k. ul. Głogowska 6, 53-621 Wrocław w zakresie części nr 1.

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

Wykonawca zaoferował lampę bakteriobójczą UV-C STERILON AIR LIGHT 72W.

Powyższa lampa nie spełnia wymagań zapytania ofertowego w zakresie:

- materiału obudowy: wymagana była stal INOX, zaoferowano stal węglową,
- wydajności wentylatora: wymagana była 132 m³/h, zaoferowano 110 m³/h,

SPZO



LUBLINIEC

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 80
fax 34 356 58 70

www.spzozlubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Pracownia RTG
34 351 49 22

Rejestr Wojewody:
000000014099
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



- sterowanie: wymagany był pilot do włączania/wyłączania lampy, zaoferowano lampę bez sterowania.

Powyższe powoduje, że oferowana lampa nie spełnia wymogów zapytania ofertowego, w związku z tym oferta na część nr 1 zostaje odrzucona.

2. Zamawiający odrzuca ofertę nr 1 firmy STATOR MK sp. z o.o. sp.k. ul. Głogowska 6, 53-621 Wrocław w zakresie części nr 2.

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

Wykonawca zaoferował lampy bakteriobójcze UV-C STERILON AIR LIGHT 72W/Z1 (mobilne).

Powyższe lampy nie spełniają wymagań zapytania ofertowego w zakresie:

- materiału obudowy: wymagana była stal INOX, zaoferowano stal węglową,

Powyższe powoduje, że oferowane lampy nie spełniają wymogów zapytania ofertowego, w związku z tym oferta na część nr 2 zostaje odrzucona.

3. Zamawiający odrzuca ofertę nr 5 firmy BAKMED Bogdan Pokorski, ul. Chałubińskiego 37a, 92-109 Łódź w zakresie części nr 1.

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

Wykonawca zaoferował lampę bakteriobójczą PLB-302.1 inox.

Powyższa lampa nie spełnia wymagań zapytania ofertowego w zakresie:

- licznika czasu pracy: wymagany był mechaniczny licznik czasu pracy, zaoferowano elektroniczny licznik czasu pracy.

Powyższe powoduje, że oferowana lampa nie spełnia wymogów zapytania ofertowego, w związku z tym oferta na część nr 1 zostaje odrzucona.

4. Zamawiający odrzuca ofertę nr 5 firmy BAKMED Bogdan Pokorski, ul. Chałubińskiego 37a, 92-109 Łódź w zakresie części nr 2.

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

Wykonawca zaoferował lampy bakteriobójcze PLB-302.2 inox.

Powyższe lampy nie spełniają wymagań zapytania ofertowego w zakresie:

SPZOZ



LUBLINIEC

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 80
fax 34 356 58 70

www.spzozlubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Pracownia RTG
34 351 49 22

Rejestr Wojewody:
000000014099
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



- licznika czasu pracy: wymagany był mechaniczny licznik czasu pracy, zaoferowano elektroniczny licznik czasu pracy.

Powyższe powoduje, że oferowane lampy nie spełniają wymogów zapytania ofertowego, w związku z tym oferta na część nr 2 zostaje odrzucona.

W zaproszeniu do składania ofert, była informacja, że we wskazanym terminie można było przysyłać pytania do przedmiotu zamówienia, w tym także dopuszczania innych parametrów od wymaganych. Takich pytań/prośb nie było.

Zamawiający

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

mgr Marek Augustyn

Sporządziła: Anna Widuch
Sprawdził: Piotr Mastalerz

KIEROWNIK
biuła zamówień publicznych
mgr inż. Piotr Mastalerz

Anna Widuch
REFERENT
Dział Zamówień Publicznych