



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.szpitallubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Pracownia RTG
34 351 49 22

Rejestr Wojewody:
24-02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



Lubliniec 06.04.2023 r.

SPZOZ-IV-ZP-79-2023

Wszyscy Oferenci

Dotyczy zapytania ofertowego na: „Dostawę nici i siatek chirurgicznych do apteki szpitalnej SPZOZ w Lublińcu”. Znak sprawy ZP/21/23.

Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania:

I grupa pytań:

Część 2, poz. 13, 14

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez powleczenia antybakteryjnego – dioctanu chlorheksydyny, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego.

Część 2, poz. 15, 16

Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, wchłanialne, monofilamentowe, wykonane z polidiodksanonu, niepowlekane, o zdolności podtrzymywania tkanki po 28 dniach 65-70% pierwotnej wytrzymałości i czasie całkowitej absorpcji do 210 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego.

II grupa pytań:

Dot. pakietu 2 lp. 16

1. Czy Zamawiający dopuści nić o grubości 2/0 pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

III grupa pytań:

1. Czy Zamawiający zgodzi się na przesłanie oferty w formie PDF podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w miejsce skanu oferty?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.szpitallubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Pracownia RTG
34 351 49 22

Rejestr Wojewody:
24-02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



IV grupa pytań:

1. Czy Zamawiający w Części nr 9 poz.1 (klipsy tytanowe) w formularzu cenowym w rubryce „cena brutto 1 sztuki” oczekuje podania ceny brutto za 1 magazynek zawierający 6szt.klipsów? Wtedy w następnej rubryce „cena brutto=(ilość sztuk x cena brutto 1 szt.)” byłoby ilość sztuk tj. 140magazynków x cena brutto za 1szt.czyli 1 magazynek zawierający 6szt.klipsów (razem 840 klipsów)?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza ww. Zamawiający wymaga wyceny 840 szt. klipsów (tj. 140 magazynków po 6 szt. klipsów). Jeżeli Wykonawca ma inną pojemność magazynków, można wycenić z przeliczeniem wymaganej ilości sztuk klipsów (840 szt.)

2. Czy Zamawiający w Części nr 9 poz.2 (klipsy polimerowe) w formularzu cenowym w rubryce „cena brutto 1 sztuki” oczekuje podania ceny brutto za 1 magazynek zawierający 2szt.klipsów? Wtedy w następnej rubryce „cena brutto=(ilość sztuk x cena brutto 1 szt.)” byłoby ilość sztuk tj. 14magazynków x cena brutto za 1szt.czyli 1 magazynek zawierający 2szt.klipsów, (razem 28 klipsów)?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza ww. Zamawiający wymaga wyceny 28 szt. klipsów (tj. 14 magazynków po 2 szt. klipsów). Jeżeli Wykonawca ma inną pojemność magazynków, można wycenić z przeliczeniem wymaganej ilości sztuk klipsów (28 szt.)

3. Czy Zamawiający w Części nr 9 poz.2 (klipsy polimerowe) dopuści klipsy konfekcjonowane po 20 magazynków a na potrzeby Zamawiającego dostarczane po 14 magazynków?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

4. Dotyczy umowy (użyczenie klipsownic w Części nr 9 poz.1 i 2): Zgodnie z licznymi obowiązującymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi podejmowania działań w ramach systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych, w tym z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. *o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych* (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1657 z późn. zm.) na wszystkich podmiotach leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych ciąży obowiązek podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. W świetle obowiązującego prawa na Zamawiającym spoczywa obowiązek prawidłowej eksploatacji dostarczonego wyrobu, więc w przypadku potrzeby odesłania nabytego wyrobu do Wykonawcy, Zamawiający powinien przekazać informację o sterylności wyrobu. Ponieważ zarówno Zamawiający jak i Wykonawca są zobowiązani dbać o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, to celem formalnego potwierdzenia zapobiegania szerzenia się zakażeń wnosimy o dodanie do wzoru umowy stanowiącej załącznik do SWZ poniższego zapisu precyzującego sposób postępowania w sprawach reklamacji i/lub zwrotów:

„Każdorazowe przesłanie wyrobu będącego przedmiotem umowy od Zamawiającego do Wykonawcy powinno być uprzednio zgłoszone na adres e-



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.szpitallubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Pracownia RTG
34 351 49 22

Rejestr Wojewody:
24-02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



mail.elzbieta@beryl-med.com wraz z załączonym poświadczeniem sterylności.
Wyrób należy przesłać na adres korespondencyjny Wykonawcy wraz z tym dokumentem w oryginale i zgłoszeniem oczekiwanej usługi przez Wykonawcę".

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

V grupa pytań:

Część 1- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 50% po 21 dniach przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego.

Zamawiający

P.O. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu
mgr inż. Małgorzata Nowak

Sporządziła: Anna Widuch

Sprawdził: Piotr Mastalerz

Anna Widuch

REFERENT
Dział Zamówień Publicznych

Piotr Mastalerz
mgr inż. Piotr Mastalerz